

使用に際してはこの添付文書をよくお読みください。  
また、必要な時に読めるように保管しておいてください。

H O O 6 T

\*\*2012年11月改訂（第4版）

体外診断用医薬品

\*2011年 5月改訂（第3版）

製造販売承認番号：21400AMZ00570000

クラスIII汎用・免疫・内分泌検査用シリーズ  
血液検査用ヒト絨毛性腺刺激ホルモンキット

## ルミパルスプレスト® βHCG

### ■一般的な注意

1. 本試薬は、体外診断用であるため、それ以外の目的には使用しないでください。
2. 診断の際は、本測定値以外に他の検査結果や臨床症状等もあわせて考慮し、総合的に判断してください。
3. 添付文書以外の使用方法については保証を致しません。
- \*4. 本試薬および検体は、感染の危険性があるものとして十分に注意して取扱ってください。
5. 本試薬には、保存剤としてアジ化ナトリウムが含まれています。試薬が誤って目や口に入ったり、皮膚に付着した場合には、水で十分に洗い流す等の応急処置を行い、必要があれば、医師の指導等を受けてください。
6. 本試薬の使用に際しては、本書とあわせて使用する測定システムの添付文書および取扱説明書をご参照ください。

### ■形状・構造等（キットの構成）

ルミパルスプレスト βHCGは下記構成試薬を組み合わせでご使用ください。

- \*1. 抗体結合粒子（100回用、5mL/ボトル）  
抗βHCGモノクローナル抗体（マウス）結合フェライト粒子を含みます。  
本品は付属品として抗体結合粒子ボトル用のアッセイキャップAを1個含みます。
- \*2. 酵素標識抗体（100回用、5mL/ボトル）  
アルカリホスファターゼ（ALP）標識抗βHCGモノクローナル抗体（マウス）を含みます。  
本品は付属品として酵素標識抗体ボトル用のアッセイキャップBを1個含みます。
3. βHCGキャリブレーション：2濃度×1  
(1) 0mIU/mL βHCGキャリブレーション(液状、1.5mL用×1)  
(2) 1000mIU/mL βHCGキャリブレーション(液状、1.5mL用×1)
4. 基質液（液状、100mL×6）  
基質としてAMPDP<sup>注1</sup>を含みます。
5. 洗浄液（濃縮液、4000mL×1）
6. 検体希釈液（液状、10mL×10）  
本品は付属品としてアッセイキャップBを10個含みます。

注1) AMPDP：3-(2'-spiroadamantane)-4-methoxy-4-(3''-phosphoryloxy)phenyl-1,2-dioxetane disodium salt / 3-(2'-スピロアダマンタン)-4-メトキシ-4-(3''-ホスホリロキシ)フェニル-1,2-ジオキセタン・2ナトリウム塩


### ■使用目的

血清又は血漿中のヒト絨毛性ゴナドトロピン（HCG）の測定

### \*■測定原理

本試薬は2ステップサンドイッチ法に基づいた化学発光酵素免疫測定法による全分子（インタクト）HCGと遊離型βHCGサブユニットを合わせた総βHCGを測定する試薬です。

\*＜反応プロトコール；2ステップモード＞



検体中の総βHCG濃度が測定範囲を超えた場合は、検体希釈液を用いて検体を希釈し再測定してください。

### ■操作上の注意

#### 1. 測定検体の性質、採取法

- (1) 可能な限り新鮮な検体を用い、保存する場合は-20℃以下で凍結保存してください。
- (2) 検体を繰り返し凍結融解することは避けてください。
- (3) 赤血球・その他の有形成分、沈殿物、浮遊物が含まれている検体では、測定値に影響を与える場合があります。正しい結果が得られるように遠心または除去した後に使用してください。
- (4) 検体間の汚染が生じないように検体は注意して取扱ってください。
- (5) 検体の非働化による影響はありません。
- (6) 検体に抗凝固剤（EDTA-二カリウム、ヘパリンナトリウム）を添加して試験した結果、それぞれ10.0mg/mL、100U/mLまで測定値に影響は認められませんが、液状の抗凝固剤を用いる場合は、検体の希釈率にご注意ください。
- (7) FSH、TSH、LHについて交差反応性を検討した結果、FSHでは50000mIU/mL、TSHでは20000mIU/mLまで交差反応性は認められませんが、LH50000mIU/mLでβHCG測定値として27.2mIU/mL、LH5000mIU/mLでβHCG測定値として2.6mIU/mLの影響が認められました。

#### 2. 妨害物質・妨害薬剤

- (1) 検体にビリルビンF、ビリルビンC、ヘモグロビンを添加して試験した結果、それぞれ19.1mg/dL、20.4mg/dL、485mg/dLまで、測定値に影響は認められませんでした。また、乳白に関しても、2240ホルマジン濁度まで測定値に影響は認められませんでした。

### ■用法・用量（操作方法）

#### 1. 試薬の調製法

- \*1) 抗体結合粒子  
冷蔵庫から出してそのまま使用します。  
試薬を装置にセットする場合は、試薬を泡立てないようにゆるやかにボトルを20回以上転倒混和して、ボトル底部に沈殿している粒子を再懸濁してください。
- (2) 酵素標識抗体  
冷蔵庫から出してそのまま使用します。転倒混和はしないでください。
- (3) βHCGキャリブレーション  
常温（15～25℃）に戻してから軽く転倒混和して使用します。  
デッドボリュームを考慮して、サンプルカップに必要な量を滴下します。  
キャリブレーション1滴あたりのおよその滴下量は45μLです。滴下量は容器を押す強さや気泡の混入によって変動します。デッドボリュームはご使用の測定システムによって異なりますので各測定システムの取扱説明書をご覧ください。一例としてルミパルス Presto II でサンプルカップをご使用の場合、デッドボリュームは100μLとなります。

- (4) 基質液  
冷蔵庫から出してそのまま使用します。
- (5) 洗浄液  
測定システムの取扱説明書に従い補充してください。洗浄液は装置内で自動的に精製水で10倍に希釈されます。
- (6) 検体希釈液  
冷蔵庫から出してそのまま使用します。転倒混和はしないでください。

## 2. 必要な器具・器材

- (1) ルミパルスPresto用サンプリングチップ
- (2) ルミパルスPresto用キュベット
- (3) ルミパルスPresto用アッセイキャップA、アッセイキャップB
- (4) マイクロピペット、サンプルカップ
- (5) 全自動化学発光酵素免疫測定システム

## 3. 測定法

- (1) 測定システムの取扱説明書を参照し、検体および測定に必要な試薬を所定の位置にセットしてください。(サンプルの最少必要量は、使用する容器や測定システムによって異なりますので、各測定システムの取扱説明書をご覧ください。)
- (2) 抗体結合粒子、酵素標識抗体および検体希釈液のボトルキャップを静かに外し、口元に付着している試薬は清潔な紙等でふき取ります。ボトル内に泡立ちが残っているときはしばらく放置して泡立ちがないことを確認するか、または清潔な綿棒等を用いて取除きます。
- (3) アッセイキャップを取付けます。取付け方は、下記の(8)アッセイキャップの取付け方の欄をご参照ください。
- (4) ボトルのバーコードが濡れていたり、汚れていたりした場合は、ふき取ってからセットしてください。
- (5) 試薬を試薬保冷庫内のカラーセルにセットします。抗体結合粒子はカラーセルAに、酵素標識抗体および検体希釈液はカラーセルBに、それぞれセットします。試薬は、カラーセルの空いている場所のどこにでもセットすることができます。また、装置からカラーセルを取出して試薬をセットすることもできます。ボトルをセットした後はカラーセルを静かに装置の所定位置へ戻します。
- (6) 基質液は蓋を取外し、基質保冷庫へセットします。
- (7) 洗浄液は測定システムの取扱説明書に従い補充します。
- (8) アッセイキャップの取付け方  
アッセイキャップは装置にセットした試薬の蒸発や汚染を防ぐために使用します。新しいボトルを装置にセットする際には、新しいアッセイキャップを取付けてからご使用ください。取付けない場合は、測定結果の信頼性は保証できません。取付けた後は、アッセイキャップに液が付着しないように、装置にセットするまでボトルを傾けないよう注意して取扱ってください。

### ・アッセイキャップAの取付け方

アッセイキャップAは、抗体結合粒子ボトルの口元に乗せ、回しながら止まるまで締めて取付けます。アッセイキャップAの外側を上から静かに押し(図1)、内部のゴムスリットが開くことを確かめます(図2)。  
スリットに膜が形成されている場合はアッセイキャップAを一旦取外し、清潔な紙等で裏のゴム表面の液体をふき取り、再びボトルに取付けます。  
ゴムスリットがきちんと開かないときや、アッセイキャップAが円滑に動かないときは、再度外側を押し確認します。改善がみられないときは新しいアッセイキャップAに交換してください。



図1：アッセイキャップAを取付け、上から押します。




図2：ゴムスリットが開くことをボトル上面から確認します。

### ・アッセイキャップBの取付け方

アッセイキャップBは、酵素標識抗体ボトルおよび検体希釈液ボトルに使用します。取付ける際は、まずボトルキャップを外し代わりにアッセイキャップBをボトル口元に乗せます。図3のように、ボトル上部の鏝(つば)とアッセイキャップB下部の突起が、ぶつかって止まるまで回しながら締めて取付けます。  
図3の★の位置を上から指で押して、蓋が開くことを確かめます(図4)。

ボトルの口に膜が形成されている場合は清潔な紙等で蓋のゴム表面に付着した液体をふき取ってください。  
アッセイキャップBが締まらないときや、押しでも蓋が円滑に動かないときは一旦取外し、再度取付けます。改善がみられないときは、新しいアッセイキャップBに交換してください。




図3：アッセイキャップBを取付け、★を押します。




図4：蓋が開くことを確かめます。

- (9) 試薬の他に、測定に必要なサンプリングチップおよびキュベットが十分量投入されていること、精製水タンク、洗浄液タンク、濃縮洗浄剤タンクの残量が十分であることを確認します。
- (10) 分析の受付操作を行います。
- (11) 検体を検体分析用のラックにセットし、装置の所定位置にセットします。精度管理分析の場合は精度管理分析用のラックを、キャリブレーション分析の場合はキャリブレーション分析用のラックをそれぞれ使用します。
- (12) 外箱記載のデータ入力バーコードには、βHCGキャリブレータの使用期限およびロット番号が記録されています。装置付属のバーコードリーダーを用いて読み取ることにより、キャリブレータのロット管理を自動的に行うことができます。
- (13) スタートキーを押して測定を開始します。装置内で自動的に実行される動作については測定原理の「反応プロトコール」の項をご参照ください。

## \*4. 濃度の算出法

マスターキャリブレーションデータは、酵素標識抗体ボットの2次元バーコードに記録されています。検体中の総βHCG濃度は、βHCGキャリブレータの発光量をもとに校正された検量線から自動的に算出されます。また複数装置をお使いの場合は1台ごとに検量線を作成してください。  
βHCGキャリブレータの測定は以下の場合に行います。  
・抗体結合粒子、酵素標識抗体、基質液のいずれかが、新しいロットに切り替わった場合。  
・キャリブレーションデータを更新後、30日が経過した場合。  
上記以外にも必要が生じた場合は、キャリブレータを測定しキャリブレーションデータを更新してください。

検体中の総βHCG濃度が、1000mIU/mLを超える場合は、検体希釈液を用いて希釈し、再測定してください。

## ■測定結果の判定法

### \*1. 参考基準範囲

総βHCG濃度を所定の操作で測定した結果、有経女性120例で0.0~6.3mIU/mL、閉経後女性80例で0.0~9.2mIU/mL、健康人男性105例で0.0~6.0mIU/mLの結果が得られました。また、妊娠初期31例で138.7~31343.0mIU/mL、妊娠中期38例で3321~18767.4mIU/mL、妊娠後期33例で2751~15979.5mIU/mLの結果が得られました。

### 2. 判定

- (1) 基準範囲は、測定条件や検体によって異なることがありますので、各施設に適した基準範囲を設定してください。
- (2) 検体中に存在する未同定の非特異反応性物質の影響により、まれに測定値が正確に得られない場合がありますので、他の検査結果や臨床症状等もあわせて考慮し、総合的に判断してください。

## ■臨床的意義

ヒト絨毛性ゴナドトロピン(HCG)は胎盤絨毛組織から産出・分泌される糖タンパク質で、α、β-サブユニットから構成されています。α-サブユニットは他の糖タンパクホルモン(LH、FSH、TSH)とほぼ共通の構造ですが、対照的にβ-サブユニットは生物学的・免疫化学的特異性を有しています。<sup>1)</sup>HCGは、受精した卵子が子宮壁に着床した直後、胎盤の栄養芽細胞により分泌されます。血中のHCGは妊娠すると急激に上昇するので、妊娠を早期に確認したりモニタリングする上で優れたマーカーとなります。生理学的には妊娠黄体を刺激してプロゲステロンを分泌させ、胎盤からプロゲステロンが分泌されるまでの間、妊娠を維持します。合併症を伴わない場合、妊娠が進行すると胎盤はプロゲステロンやエストロゲンを産生し、HCGの血中濃度がピークに達した後、下降し安定します。HCGは合併症を伴わない正常な妊婦の血清内で完全な分子として循環しますが、サブユニットは急速に分解され腎臓で排出されます。また、β-サブユニットは睾丸腫瘍、流産、子宮外妊娠、絨毛癌、異所性βHCG産生腫瘍、ダウン症候群などの疾患で、絨毛組織やHCGを産生する組織の存在を知るマーカーとなり<sup>2)</sup>治療の指標にもなるので、これら疾患の診断および治療のモニタリングに有用です。

本試薬は、化学発光基質(AMP PD)を用いた化学発光酵素免疫測定法<sup>3)</sup>(CLEIA; chemiluminescent enzyme immunoassay)に基づく試薬で、全自動化学発光酵素免疫測定システム(代表例:ルミパルスPrestoII)用試薬です。

## ■性能

### 1. 性能

#### (1) 感度

βHCG溶液を所定の操作で測定するとき、40mIU/mLβHCG溶液と0mIU/mLβHCGキャリブレータの発光量の比は4以上になります。

#### (2) 正確性

自家管理検体3例を所定の操作で測定するとき、測定値は各管理値に対して±20%以内になります。

#### (3) 同時再現性(併行精度)

自家管理検体を所定の操作で6回繰り返し測定するとき、変動係数(CV値)は10%以下になります。

- (4) 測定範囲  
本試薬の測定範囲は、1.3～1000 mIU/mLです。  
全自動化学発光酵素免疫測定システム（代表例：ルミパルス  
P r e s t o II）では0.1 mIU/mLから出力されます。
- (5) 検出限界  
0 mIU/mL β HCGキャリブレーションと希釈したβ HCGキャリブ  
レーションを所定の操作で20回繰り返し測定し、0 mIU/mL  
β HCGキャリブレーションの平均値+3SDと、希釈したβ HCGキャ  
リブレーションの平均値-3SDが区別できる最小濃度を検出限界として  
求めたとき、値は0.5 mIU/mLとなりました。
- (6) 定量限界  
希釈したβ HCG溶液を所定の操作で20回繰り返し測定し、測定値  
の変動係数（CV値）が10%以下となる最小濃度をもとに、測定間  
差を考慮して定量限界を求めたとき1.3 mIU/mLとなりました。

## 2. 相関性試験成績

- (1) 血清検体78例を使用し、既存EIA法との相関性を検討した結果、  
以下に示す成績が得られました。  
測定例数：n = 78  
相関係数：r = 0.981  
回帰式：y = 1.01x - 4.92  
(x；既存EIA法、y；ルミパルスプレスト β HCG)
- (2) 同一人から採取した血清・血漿ペア検体72例（抗凝固剤：EDTA  
-ニコリウム）を使用し、本試薬にて相関性を検討した結果、以下に  
示す成績が得られました。  
測定例数：n = 72  
相関係数：r = 0.994  
回帰式：y = 0.99x + 3.62  
(x；血清、y；血漿)

## 3. 較正用の基準物質（標準物質）

β HCGキャリブレーション値はNIBSC（National Institute for Biological  
Standards and Control）の標準物質（The 3rd International Standard for  
Chorionic Gonadotrophin：75/537）を基準に設定されております。

## ■使用上又は取扱い上の注意

### 1. 取扱い上（危険防止）の注意

- (1) 検体はHIV、HBV、HCV等の感染の恐れがあるものとして取扱  
ってください。
- (2) 検査にあたっては感染の危険を避けるため使い捨て手袋を着用し、ま  
た口によるビベティングを行わないでください。
- (3) 基質液はアルカリ性溶液（pH10）です。使用に際しては、液が皮  
膚についたり、目に入らないように注意してください。
- (4) 試薬が誤って目や口に入った場合は、水で十分に洗い流す等の応急処  
置を行い、必要があれば、医師の手当等を受けてください。

### 2. 使用上の注意

- (1) 使用に際しては本書、装置の添付文書および取扱説明書に記載された  
使用方法に従ってください。
- (2) 使用期限を過ぎた試薬は使用しないでください。各構成試薬外箱およ  
び容器の表示をご確認のうえ使用してください。
- (3) サンプルチップ、キュベット、サンプルカップは指定のものを使用  
してください。
- (4) サンプルチップ、キュベット、サンプルカップは常に新しいものを  
使用してください。
- (5) β HCGキャリブレーション滴下の際に液滴の中に気泡が多量に混入する  
場合は、残量が僅かですので新しいボトルを使用してください。サン  
プルカップに泡が残りますとサンプリング不良の原因になる場合があり  
ます。
- (6) β HCGキャリブレーションは、常温（15～25℃）に戻してから使用  
してください。
- (7) 試薬は保存条件を守って使用してください。特に凍結しないように注  
意してください。
- (8) 本試薬は装置にセットしたまま保存することができます。開封後の抗  
体結合粒子、酵素標識抗体および検体希釈液は30日間有効です。装  
置にセットした後は、30日以内に使用してください。基質液と洗浄  
液は容器に表示した使用期限まで有効ですが、基質液を装置にセッ  
トした後は交換時まで取外しは避けてください。
- \* (9) 粒子が再懸濁されない場合、使用せず弊社までお問い合わせください。
- (10) 検体、β HCGキャリブレーションは蒸発による濃縮を考慮し、サンプ  
ルの準備後は速やかに測定を開始してください。
- (11) 新しいボトルを装置にセットする際には、新しいアッセイキャップを  
取付けてから使用してください。取付けない場合は、測定結果の信頼  
性は保証できません。
- (12) 装置から取出して試薬を保存するときは、アッセイキャップを取外し  
試薬のボトルキャップに取替えてから2～10℃で保存してください。  
アッセイキャップを取付けたまま保存した場合は、測定結果の信頼性  
を保証できません。再度ボトルを装置にセットする際には、新しいア  
ッセイキャップを使用してください。
- (13) アッセイキャップを取付けるときは、汚染防止のため手袋を着用し  
てください。
- (14) 箱に同封されている抗体結合粒子と酵素標識抗体のラベルには、同じ  
試薬ロットNo. が印字されています。試薬は、異なる試薬ロット  
No. の組み合わせでは使用できません。ボトルはラベルの試薬ロッ  
トNo. を確認してから装置にセットしてください。
- (15) 試薬を混ぜ合わせて使用できません。
- (16) 正確な測定を行うために、精製水は常に新しいものを使用してくだ  
さい。

- (17) 基質液を装置にセットした後は、基質液交換時まで取外しは避けてく  
ださい。基質液がアルカリホスファターゼ（ALP）に汚染されます  
と使用できません。手指が直接基質液に触れた場合は、廃棄してくだ  
さい。
- (18) ソーダライムは交換せずに長期間使用を続けると、二酸化炭素の吸収  
力が低下します。また基質キャップバックシンも交換せずに長期間使用  
を続けると、密閉性が失われ基質液を劣化させる原因となります。ソ  
ーダライムと基質キャップバックシンの交換時期についてはご使用の測  
定システムの取扱説明書をご覧ください。

### 3. 廃棄上の注意

- (1) 各試薬には保存剤として以下のとおりアジ化ナトリウムが含まれてい  
ます。廃棄する際は爆発性の金属アジドが生成されないように多量の  
水とともに流してください。  
洗浄液：1.0%（希釈調製前）  
基質液：0.05%  
抗体結合粒子、酵素標識抗体、検体希釈液：0.1%  
β HCGキャリブレーション：0.1%
- (2) 試薬および容器等を廃棄する場合は、廃棄物に関する規定に従って、  
医療廃棄物または産業廃棄物等区別して処理してください。
- (3) 廃液の廃棄にあたっては、水質汚濁防止法などの規制に従って処理し  
てください。
- (4) 使用した器具（ピペット、試験管等）、廃液、サンプリングチップ等  
は、次亜塩素酸ナトリウム（有効塩素濃度1000ppm、1時間以  
上浸漬）、グルタルアルデヒド（2%、1時間以上浸漬）等による  
消毒処理あるいは、オートクレーブ（121℃、20分以上）による  
滅菌処理を行ってください。
- (5) 検体、廃液等が飛散した場合には次亜塩素酸ナトリウム（有効塩素濃  
度1000ppm、1時間以上浸漬）、グルタルアルデヒド（2%、  
1時間以上浸漬）等によるふき取りと消毒を行ってください。

## ■貯蔵方法・有効期間

抗体結合粒子	2～10℃に保存	有効期間：1年
酵素標識抗体	2～10℃に保存	有効期間：1年
β HCGキャリブレーション	2～10℃に保存	有効期間：1年
基質液	2～10℃に保存	有効期間：9ヵ月
洗浄液	室温（1～30℃）に保存	有効期間：9ヵ月
検体希釈液	2～10℃に保存	有効期間：9ヵ月

使用期限については、各構成試薬の外箱および容器の表示をご参照ください。

## ■包装単位

### 個別包装

コードNo.	品名	包装
* 297216	ルミパルスプレスト β HCG （抗体結合粒子・酵素標識抗体）	100回用 （各5mL×1）
291603	ルミパルスプレスト β HCG β HCGキャリブレーション	2濃度×1
291122	ルミパルスプレスト 基質液 （共通試薬）	100mL×6
291139	ルミパルスプレスト 洗浄液 （共通試薬）	4000mL×1
291146	ルミパルスプレスト 検体希釈液 （共通試薬）	10mL×10

## ■主要文献

- Swaminathan N, Bahl OP. Dissociation and Recombination of the Subunits of Human Chorionic Gonadotropin. Biochem Biophys Res Commun, 40: 422-427, 1970.
- Donaldson ES, et al. Multiple biochemical markers in patients with gynecologic malignancies. Cancer, 45: 948-953, 1980.
- Nishizono I, et al. Rapid and Sensitive Chemiluminescent Enzyme Immunoassay for Measuring Tumor Markers. Clin Chem, 37: 1639-1644, 1991.

## ■問い合わせ先

富士レビオ株式会社 お客様コールセンター  
TEL：0120-292-832  
FAX：03-5695-9234

\*\*本製品はLife Technologies Corporationから導入した技術に基づいて製造した  
ものです。

製造販売元  
**富士レビオ株式会社**  
東京都中央区日本橋浜町2-62-5